

## Bilirubinoide Fruchtwasser

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: BILIF Autor: C

**Probenmaterial (BD Vacutainer):**

**Probenmaterial (Sarstedt Monovetten):**

**Präanalytik:** Referenzbereiche können nicht angegeben werden. Die Methode wurde vom Hersteller nicht für die Messung in Punktatflüssigkeit validiert.

**Einheit:** mg/dl      **Mindestprobenmenge:**

**Transport:**

**Methodik:**

### Erläuterungen

Dient im letzten Trimester der Abschätzung des fetalen Hb-Wertes bei Schwangerschaften mit V.a. hämolytische Erkrankung.

Beurteilung im Diagramm nach Liley.

Referenzbereiche können nicht angegeben werden. Die Methode wurde vom Hersteller nicht für die Messung in Fruchtwasser validiert.

### Referenzbereiche

## Bilirubinoide Fruchtwasser

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

Analysencode: BILIF Autor: C