Blutkultur aerob

Notfallparameter, rund um die Uhr verfügbar

BKAE

Einheit Probenmaterial

Präanalytik:

Pro Blutkulturflasche eine Anforderungskarte mit dem dazugehörigen Auftragsetikett einsenden.

```
Aerobe Blutkultur-Flasche:
Flasche mit hellgrüner Verschlusskappe (Flip-cap) = SacT/ALERT FA
Blutmenge: jeweils max.10 ml

Alle Blutkulturflaschen, sollen sofort ins Labor gebracht werden.
Nach 16 Uhr in den Brutschrank im Laboreingang stellen.

Arbeitsanleitung für BacT/Alert Blutkulturflaschen
--------------------------------------------------

Vorbereitung
Blutkulturflasche(n) mit Patientendaten versehen.
Die BacT/Alert Blutkulturflaschen sollten Raumtemperatur haben.
Plastikkappen (Flip-cap) von BacT/Alert Blutkulturflaschen entfernen.
Gummistopfen der Blutkulturflaschen wie gewohnt desinfizieren.

Patientenvorbereitung
Hautpunktionsstelle desinfizieren
Haut trocknen lassen
Punktionsstelle danach nicht mehr berühren

Blutabnahme
Blut unter aseptischen Bedingungen vom Patient entnehmen
 (z.B. Spritze etc.)
Die Blutkulturflaschen nicht belüften!!
ACHTUNG: In der Blukulturflasche besteht Unterdruck!
Ca. 10 ml Blut in die BacT/Alert Blukulturflaschen inokulieren.
Die Strichmarkierung auf dem Etikett des Fläschchens
erlaubt das Ablesen der nötigen Füllmenge.

Entweder auf der Flasche oder auf der Anforderungskarte Abnahmezeit angeben
```

Referenzbereich

	negativ