

Gonokokken

GONO

Einheit Probenmaterial

Präanalytik:

Go-Nährböden und Objektträger im Labor erhältlich. Wegen der extremen Temperaturlabilität der Gonokokken muß das Abstrichmaterial sofort auf den vorgewärmten Spezialnährböden ausgestrichen werden. Beimpften Nährboden und 2 Objektträger mit Primärmaterial unverzüglich möglichst unter Einhaltung einer Temperatur von 35°C im Labor abgeben.

Referenzbereich