

## Knochenmarksausstrich

Analysecode: KNOM Autor: Ge

**Probenmaterial (BD Vacutainer):****Probenmaterial (Sarstedt Monovetten):**

**Präanalytik:** Unmittelbar nach der Aspiration muss das Knochenmark zu Ausstrichen oder Quetschpräparaten verarbeitet werden, da es rasch gerinnt. Die Präparate sollten mit Bleistift beschriftet werden.

**Einheit:** **Mindestprobenmenge:** 5 Präparate

**Transport:** bei Raumtemperatur

**Methodik:** Lichtmikroskopie nach Pappenheim- und Eisenfärbung

**Erläuterungen****Referenzbereiche**

## Knochenmarksausstrich