

## MumpsAK IgG Serum

Analysencode: MUMIGS Autor: C, Ge

**Probenmaterial (System BD Vacutainer)** Serumröhrchen, gelb-oranger Stopfen, 10 mL**Probenmaterial (System Sarstedt Monovetten)** Serumröhrchen, hellbrauner Stopfen, 10 mL**Präanalytik:****Einheit:** Mindestprobenmenge**Transport:****Methodik:****Erläuterungen**

negativ

keine Immunität vorhanden  
kein Hinweis auf eine alte Infektion oder lange zurückliegende Infektion mit abgefallenem Titer  
bei Z.n. Impfung: kein ausreichender Impfschutz, Grundimmunisierung empfohlen

grenzwertig

geringe Immunität vorhanden  
Hinweis auf eine alte Infektion oder lange zurückliegende Infektion mit abgefallenem Titer  
frische Infektion nicht auszuschließen (IgM-Titer?)  
bei Z.n. Impfung: fraglicher Impfschutz, Auffrischung empfohlen

positiv

ausreichende Immunität vorhanden  
Hinweis auf eine Infektion  
frische Infektion nicht auszuschließen (IgM-Titer?)  
bei Z.n. Impfung: ausreichender Impfschutz  
IgG-Anstieg: 6 Tage nach Beginn der Symptomatik mit Persistenz von Jahren bis Jahrzehnten  
als Screening-Test für eine Infektion geeignet

**Referenzbereiche**

negativ

## MumpsAK IgG Serum

Analysencode: MUMIGS Autor: C, Ge