

MumpsAK IgM Serum

Analysencode: MUMIMS Autor: C, Ge

Probenmaterial (System BD Vacutainer) Serumröhrchen, gelb-oranger Stopfen, 10 mL**Probenmaterial (System Sarstedt Monovetten)** Serumröhrchen, hellbrauner Stopfen, 10 mL**Präanalytik:****Einheit:** VE (virt. Einh.) **Mindestprobenmenge****Transport:****Methodik:** ,**Erläuterungen**

negativ

kein Hinweis auf eine frische Infektion
ggf. bei sehr frischer Infektion Kontrolle nach 10 Tagen

positiv

V.a. frische Infektion
IgM-Konversion: 3 Tage nach Beginn der Symptomatik mit Persistenz von ca. 3
Monaten**Referenzbereiche**

negativ

MumpsAK IgM Serum

Analysencode: MUMIMS Autor: C, Ge